

РЕШЕНИЕ № 9
град Габрово, 30.09.2019г.

На основание чл. 110, т. 5 и чл. 193 от ЗОП

ОТМЕНЯМ

Решението на комисията за разглеждане оценка и класиране на офертите за обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория на „ДКЦ I Габрово“ ЕООД” взето с протокол № 8 от 11.09.2019г., с което е извършена класация за обособена позиция № 2 „Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор модел BS-200E”.

ПРЕКРАТЯВАМ

ПРОЦЕДУРАТА ПО ЧЛ. 187 ОТ ЗОП за събиране на оферти за доставка на консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория на „ДКЦ I Габрово“ ЕООД.

МОТИВИ:

При откриване и провеждане на процедурата за обособена позиция № 2 „Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор модел BS-200E” е установено следното нарушение:

„ДКЦ I Габрово” ЕООД е закупило за нуждите на клинична лаборатория нов биохимичен анализатор модел BS-200E. Същият може да работи само с продукти произведени от фирма Mindray или е налице затворена система. В решението на управителя за откриване на процедурата е залегнало изискването апаратът да работи с продукти произведени от фирма Mindray. В обявата за откриване на процедурата обаче това условие не е залегнало. Това изискване не може да бъде отстранено сега, защото то води до промяна на условията, при които е обявена процедурата. Това налага прекратяването на процедурата за обособена позиция № 2 „Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор модел BS-200E”.

Решението подлежи на обжалване в десетдневен срок от получаването му пред КЗК.

Управител:

Д-р Нели Ноева

